AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO CLASE B SERIE A

PARA USO OFTALMICO, VETERINARIO, LABORATORIO, DENTAL Y MAXILOFACIAL.

MARCA	LAB-MED	LAB-MED	LAB-MED	LAB-MED
MODELO	LMGE7CM	LMGE7CM	LMGE7CM	LMGE7CM
CODIGO	STE-12L-A	STE-16L-A	STE-18L-A	STE-23L-A
CICLOS	Con selección de 8 ciclos de esterilización: • Sólidos 121°C y 134°C. • Envueltos 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Algodón 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Plástico 105°C (programa especial para desinfección). • B & D Test 134°C.	Con selección de 8 ciclos de esterilización: • Sólidos 121°C y 134°C. • Envueltos 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Algodón 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Plástico 105°C (programa especial para desinfección). B & D Test 134°C.	Con selección de 10 ciclos de esterilización: • Sólidos (sueltos) 121°C y 134°C. • Envueltos 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Textiles 121°C y 134°C (con ciclo de secado.) • Prion (líquidos) 134°C. • Plástico 105°C (programa especial para desinfección). • B & D Test 134°C. • Prueba de Vacío.	Con selección de 10 ciclos de esterilización: • Sólidos (sueltos) 121°C y 134°C. • Envueltos 121°C y 134°C (con ciclo de secado). • Textiles 121°C y 134°C (con ciclo de secado.) • Prion (líquidos) 134°C. • Plástico 105°C (programa especial para desinfección). • B & D Test 134°C. • Prueba de Vacío.
CÁMARA (MM)	Φ200X360	Φ230X360	Φ250X360	Φ250X450
VOLUMEN (LTS)	12	16	18	23
MEDIDAS EXTERNAS (MM)	590X440X410	690X560X490	690X590X530	790X590X540
CONSUMO (W)	1750	1750	1800	2000
PESO NETO (KG)	41	42	47	52

Autoclave versátil y para toda clase de situaciones y requerimientos. Equipo semiportátil para esterilizar instrumental y material en forma automática, por medio de vapor autogenerado. Con sistema de vacío por medio de bomba de vacío.

- Controlado por microprocesador.
- Tipo gabinete de sobremesa.
- Con selección de ciclos de esterilización pre-programados o de forma manual en sus parámetros de tiempo y temperatura:
- Panel de control de cristal líquido (LCD) de fácil manipulación que muestra por grafica todos los parámetros del ciclo en tiempo real.
- Con salida para mini impresora; Si es conectada, la información será imprimida automáticamente después de terminado el ciclo.
- Con dos depósitos interconstruidos, de agua destilada y de agua usada, con sensores de nivel de agua.
- Salida manual del agua al drenaje.
- Cámara horizontal y puerta de apertura manual de 30 cm en acero inoxidable 316L
- Charolas de acero inoxidable tipo 316L
- Despliegue digital de: presión, temperatura y tiempo de esterilización.
- Conclusión automática al finalizar el ciclo de esterilización.
- Indicadores del proceso de esterilización y fin de ciclo.
- Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante la esterilización o en caso de presión en la cámara.
- Sistema de alarma que no permite iniciar el ciclo si la puerta no está cerrada correctamente
- Apagado del equipo por sobrecalentamiento.
- Alarma acústica y visual que indica al operador el momento de culminación del ciclo.
- Detecta e identifica la causa de cualquier falla en la operación mostrando una señal de alerta y generando un código de error especifico.
- Generador eléctrico de vapor independiente.
- Válvula de seguridad de vapor calibrada a 240 kpa para escape del vapor en caso de que el nivel de presión de la cámara sobrepase el límite establecido.
- Corriente eléctrica 110V-120V/50Hz-60Hz.

(COMERCIALIZADORA LAB-MED, TEL. (55)55199991, (55)55301846,
E. mail: lab_med@hotmail.com / ventas@labmed.com.mx)